

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון: מענה על שאלות הבהרה מכרז 13/2017  
אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת חנקן נוזלי

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי המכרז,  
יגבר האמור במסמך זה.

שאלה 1

מבוקש לדחות מועד הגשת הצעות בכחודש ימים (לאחר קבלת תשובותיכם להבהרות), עד ליום 15.12.2017, במטרה לאפשר הגשת הצעה, לרבות פנייה ליצרנים השונים והכנת תרשימים ושרטוטים נדרשים.

תשובה

המועד האחרון להגשת הצעות במכרז יידחה ליום 26/11/2017 בשעה 13:00 (להלן – "המועד הקובע").

שאלה 2

מסמך א' למסמכי המכרז, סעיף 2 סעיף קטן 3 - הצגת המבודדת וואקום עומדת רק בתקן EN או AD2000?

תשובה

נדרש תכנון צורת מבודדת ואקום עפ"י "design codes- EN or AD2000"

שאלה 3

מסמך א' למסמכי המכרז, סעיף 7 - יש להוריד את האופציה להארכת ההתקשרות שכן ההתקשרות היא לגבי פרויקט מתומחר ספציפי ואין אפשרות להשתמש בהצעה לצורך תמחור בפרויקט נוסף

תשובה

הארכת ההסכם מתייחסת לאופציה הקיימת למרכז הרפואי לרכוש שירות מהזוכה במכרז, כמפורט בסעיף 15.2 למסמך ב'. תשומת לב כי במסגרת הצעת המחיר נדרש ליתן מחיר עבור שנת שירות.

שאלה 4

מסמך א' למסמכי המכרז, סעיף 8 – האם גם הציון בסעיף ד' הוא יחסי, דהיינו מציע שיציג את כמות הפרויקטים הגדולה ביותר בשלוש השנים האחרונות יקבל מקסימום נקודות ואחרים יקבלו ציון ביחס אליו

תשובה

הציון אינו יחסי.

הכוונה הינה ליתן את הניקוד המלא בסעיף זה לכל מציע שיש לו או למי מטעמו ניסיון בשלושה פרויקטים ומעלה בהספקה והתקנה של מערכות קריאוגניות לחנקן בבית חולים בהתאם לקבוע בסעיף. מציע שאינו בעל ניסיון כאמור יקבל ניקוד אפס בסעיף זה.

שאלה 5

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – מהו הקוטר החיצוני של צנרת הפלבי"ם?



## תשובה

צנרת קו המילוי תוגדר – SHC40 SST316L "PIPE 1.5"

## שאלה 6

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – נבקש לאפיין באופן ברור מה הכוונה ל"עמדת מילוי במארז ייעודי". התיאור הינו מאד כללי. מבוקש להבהיר באמצעות סקיצה או פירוט הדרישות לעמדת המילוי

## תשובה

הכוונה הינה לארון אטום בו יותקן מערך ההתחברות וההזנה ממשאית התדלוק לקו המילוי.

## שאלה 7

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – נבקש לאפיין באופן ברור מה הכוונה "לחיבור למילוי חירום" באמצעות סקיצה או פירוט הדרישה.

## תשובה

עמדת מילוי חרום תמוקם בתוך חדר ההקפאה בסמוך למיקומו של מיכל החנקן הנייד שהוצג במהלך הסיור המופיע בשרטוט בחדר "גישת חרום למתקן סינון בקומה הטכנית". חיבור החרום יכול בין השאר, אך לא רק, צינורות מבודדים, ברזים מבודדים ומחבר מותאם (סגור בד"כ).

## שאלה 8

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – נבקש לאפיין באופן ברור מה הכוונה ל"עמדת חיווי עבור מפעיל המכלית" באמצעות סקיצה או פירוט הדרישה.

## תשובה

עמדת חיווי תותקן בעמדת מפעיל המשאית כנדרש במפרט.

לוח בקרה, עמדת צובר :

לוח ריכוז התראות (בקרה) - כדוגמת לוח מתוצרת אבגל חשמל, קרייט ביאליק - לוח בקרה יותאם למעקב מלא אחר סטאטוס המכל, ויותקן בתוך המאצרה, במיקום נגיש, בקופסת מגן אטומה כנדרש לצידוד OUTDOOR. הלוח יהיה מדגם מסך מגע להצגת פרמטרים נמדדים וקביעת נקודות התראה. הלוח יכול סרגל מגעים יבשים - לריכוז התראות בהתאם לדרישות. כמו כן, יתאפשר חיבור הלוח למערכת בקרת מבנה. הלוח יתוכן לעקב אחרי סטאטוס המכל (גובה נוזל, התראות כמויות והתראות לחץ). לוח בקרה עמדת מילוי :

כני"ל אך ללא יציאות למערכות ההתראה.

קובץ, להתרשמות בלבד (רלוונטי למערכות חמצן), מצורף כנספח 1.

## שאלה 9

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – אין יתרון משמעותי לכוש ארוך. מבקשים לאפשר שימוש בכוש קצר.

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 10

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – נבקש לאפיין באופן ברור מה הכוונה ל"עמדת ברזים וצנרת גמישה למקררים"

## תשובה

אין בכוונתנו לאפיין מעבר למפורט במפרט.

## שאלה 11

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – נבקש לציין שמדובר במפריד פאזות המותקן בקצה צינור גמיש למילוי טרמוסים

## תשובה

המפרט הינו מפרט מנחה . הדרישה היא שספק המערכת יקבע את החיוניות בהתקנת :

- INTERNAL GAS TRAPS
- VENT CRYOGENIC GAS

בהתאם לצורך והיכן שנדרש ע"מ למנוע הצטברות קרח והצטברות גז חנקן במערך המילוי.

## שאלה 12

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 – הפתרון ההנדסי לאיטום הוא שרוול בקוטר גדול מקוטר הצנרת ושימוש בפוליאוריתן מוקצף מתאים לצורך בידוד. אנא אישורכם

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 13

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 3 – בהצעת המחיר אין מקום לפירוט כמויות ואורכים לכל מרכיבי הצנרת

## תשובה

המחיר המוצע, צריך להיות מחיר קומפלט, בהתאם לתכנון אותו מציע כל אחד מהמציעים. בסעיף 16 במסמך ב' מפורט כתב כמויות מנחה בלבד כתמיכה.

## שאלה 14

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 – צנרת ואביזרים – הלחות היחסית המצוינת גבוהה מדי ואיננה תואמת את דרישות יצרן המקררים. דרישות היצרן עד 50%. נבקש לשנות.

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 15

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 – צנרת מילוי – מה הוא קוטר חיצוני של הצנרת פלביים

## תשובה

צנרת קו המילוי תוגדר – SHC40 SST316L " 1.5" PIPE

## שאלה 16

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 – צנרת מבודדת ואקום – נבקש לשנות צנרת לתקן DN16, DN15/25

## תשובה

מאושר ובלבד שיבטיח ביצועי מערכת נאותים.

## שאלה 17

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 – צנרת מבודדת ואקום גמישה - נבקש לשנות צנרת לתקן DN16, DN15/25

## תשובה

מאושר ובלבד שיבטיח ביצועי מערכת נאותים.

## שאלה 18

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 – בדיקות צנרת – בדיקת הצנרת מבודדת הואקום לדליפות נעשית אצל יצרן הצנרת ולא בשטח בסיום ההתקנה. לא ניתן לבדוק את הואקום בצנרת. בדיקת הצנרת נעשית ויזואלית עם מד טמפי הבודק את הטמפי החיצונית של הצנרת ומשך הזמן בו מגיע חנקן נוזלי למקרר. האם בדיקה נדרשת גם עבור צנרת הרגילה (מבודדת פוליוריטן)?

## תשובה

הבקשה מתקבלת, לגבי צנרת המילוי המבודדת פוליאוריטן, הזוכה יציע פרוטוקול בדיקה רלוונטי.

## שאלה 19

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 5 – ברזים – אין יתרון לכוש מוארך. נבקש לאפשר שימוש בכוש קצר. התקן Gas Trap נדרש רק אם הצנרת יורדת לכיוון הברזים. מבקשים לאפשר הורדת דרישה ל Gas Trap

## תשובה

הברזים יהיו עם כוש ארוך. זווית התקנתם תהיה עפ"י הדרישות המקובלות. המפרט הינו מפרט מנחה. הדרישה היא שספק המערכת יקבע את החיוניות בהתקנת:

INTERNAL GAS TRAPS •

VENT CRYOGENIC GAS •

## שאלה 20

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 11 סעיף קטן 2 – נבקש להוריד סעיף זה. היתר בניה והיתרים אחרים המתייחסים לאתר המזמין באחריות המזמין.

## תשובה

הבקשה מתקבלת.

## שאלה 21

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 11 סעיף קטן 3 – נבקש להוריד סעיף זה. הנייל באחריות המזמין

## תשובה

הבקשה מתקבלת.

## שאלה 22

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 2 – נבקש לשנות צנרת לתקן DN15/25, DN16

## תשובה

מאושר ובלבד שיבטיח ביצועי מערכת נאותים.

## שאלה 23

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 3 – נבקש לשנות צנרת לתקן DN15/25, DN16, מה הכוונה ל 4 יציאות מבודדות

## תשובה

מאושר ובלבד שיבטיח ביצועי מערכת נאותים, 4 יציאות מבודדות עבור 3 מקררים ועמדת מילוי ידנית אחת.

## שאלה 24

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 4 – נבקש לשנות צנרת לתקן DN15/25, DN16

## תשובה

מאושר ובלבד שיבטיח ביצועי מערכת נאותים

## שאלה 25

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 9 – האם הכוונה לצינור גמיש קריאוגני המחובר למקרר?

## תשובה

כן. אורך הצנרת יקבע עפ"י תוכנית העמדה של המקררים.

## שאלה 26

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 10 – צנרת מגיעה מלמטה ולא נדרש Gas Trap. מבקשים להוריד את הדרישה

## תשובה

הברזים יהיו עם כוש ארוך. זווית התקנתם תהיה עפ"י הדרישות המקובלות.

המפרט הינו מפרט מנחה. הדרישה היא שספק המערכת יקבע את החיוניות בהתקנת:

• INTERNAL GAS TRAPS

• VENT CRYOGENIC GAS

## שאלה 27

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9 סעיף קטן 2 – בסוף הסעיף מבוקש להוסיף "חובת השיפוי של הספק תהא כפופה לתנאים המצטברים הבאים: המרכז הרפואי יודיע לספק מיד עם היוודע לו דבר התביעה או הדרישה. בצירוף מסמכים והמידע שבידיו בעניין זה. הספק ינהל את ההגנה. המרכז הרפואי לא יגיע לכל הסדר פשרה בדרישה או תביעה כאמור, ללא אישור מראש ובכתב של הספק. השיפוי יהיה כנגד פסק דין סופי שאין עליו צו עיכוב ביצוע"

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת

## שאלה 28

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9 סעיף קטן 3 – בסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "למעט נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של המרכז הרפואי או מי מטעמו".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

## שאלה 29

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9 סעיף קטן 4 - בסוף הסעיף מבוקש להוסיף: "למעט נזק או אובדן שנגרמו כתוצאה ממעשה או מחדל של המרכז הרפואי או מי מטעמו"

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

## שאלה 30

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9 – נבקש להוסיף סעיף המגביל את אחריות הספק לפי ההסכם לסכום של X

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

## שאלה 31

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 11 - לאור העובדה שמדובר בהסכם ל - turnkey אין משמעות להארכת ההתקשרות (שכן אין פרויקט זהה שיידרש לביצוע בדיוק באותו המפרט)

## תשובה

ראה תשובה לשאלה מס' 2 לעיל.

### שאלה 32

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 16 סעיף קטן 3 – בסוף הסעיף מבוקש למחוק את המילה "לאלתר" ולהוסיף: " ובלבד שהצד המקיים התריע בכתב על כוונתו לעשות כן והתפרה לא תוקנה בתוך 7 ימים"

### תשובה

הבקשה מתקבלת.

### שאלה 33

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10 – מבקשים כי המילה "כל" תמחק. המילים "ולא יפחתו מהמצוין" יוחלפו במילים "יהיו בהתאם למצוין להלן".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 34

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10 (1) – נבקש להסיר את הדרישה לסעיף זה. ככל שידוע אין כל שימוש בכלים ו/או ציוד מכני הנדסי למעט מנוף שמבצע הנפה של הצובר. ניתן יהיה לאשר כי המנוף מחזיק בכיסוי ביטוח טובה ומקיף וכי מפעיל המנוף מחזיק בהרשאה להפעלתו.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 35

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' – ביטוח רכוש – המילים: "במלוא ערכן" יוחלפו במילים: "במלוא ערך כינונם" לאחר המילים: "חומרים והציוד" נבקש להוסיף את המילים: "המבוטחים והכלולים בעבודות" נבקש להסיר את המילים: "פריצה ו/או גניבה, שוד"

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 36

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (ב) – מבקשים כי המילה: "לפחות" תוחלף במילה "בסך" במקום "50,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון" ירשם 10% משווי העבודות אך לא יותר מ 100,000 ש.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 37

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (ג) – מבקשים כי המילה "לפחות" תוחלף במילה "בסך" במקום "500,000 דולר ארה"ב על בסיס נזק ראשון" ירשם 20% משווי העבודות אך לא יותר מ – 200,000 ש.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 38

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (ד) – לאחר המילה "בהעברה" ירשמו המילים: "המהווים חלק מהעבודות" המילים "לצורך עבודות החוזה" ימחקו.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 39

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (ה) – מבקשים כי המילה "ערכם" תוחלף במילה "ערך" ולאחר מכן יש להוסיף את המילה "כינון"

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 40

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (ז) – מבקשים כי במקום "75,000 דולר ארה"ב ירשם 10% משווי העבודות אך לא יותר מ 100,000 ₪. המילים "בכפוף להשתתפות עצמית של הספק שלא תעלה על 10%" ימחקו.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 41

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10 פרק א' ס"ק (ט) – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו. במקום ירשם "שלי". במקום "25,000 דולר ארה"ב" ירשם "10% משווי העבודות אך לא יותר מ 50,000 ₪".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 42

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק א' ס"ק (י) – נבקש להסיר את הסעיף.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 43

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, פרק ב' ביטוח אחריות צד שלישי – מבקשים כי המילה "לפחות" תימחק. המילים "שלא יפחת" יוחלפו במילה "שלי". במקום 1,500,000 דולר ארה"ב ירשם "6,000,000 ₪". לאחר המילים "CROSS LIABILITY" ירשמו המילים "בכל הקשור לפעילות נשוא הסכם זה". במקום "250,000 דולר ארה"ב" ירשם "500,000 ₪". לאחר המילים "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי" יש להוסיף את המילים: "למעט רכוש המבוטח או שהיה ניתן לבטחו בפרק א".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 44

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10 פרק ג' חבות מעבידים ס"ק (ב) – מבקשים להוסיף את המילים: "ע"פ פקודת נזיקין וחוק לאחריות מוצרים פגומים". גבול האחריות במקום "5,000,000 דולר ארה"ב" ירשם "20,000,000 ₪".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 45

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10 פרק ג' חבות מעבידים חלק כללי ס"ק (1) – מבקשים כי במקום "24 חודש" ירשם "12 חודש"

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 46

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 3 ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים כולל בגין עבודות התכנון – נבקש להסיר את הדרישה לסעיף.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 47

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 4 חבות מוצר ס"ק (א) – נבקש להסיר את המילים "יחבות היצרן". במקום המילה "המוצר" ירשם "המוצרים". המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר". נבקש להסיר את המילים "כולל כל החומרים והמערכות והציוד"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 48

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 4 חבות מוצר ס"ק (ג) – מבקשים כי גבול אחריות במקום "1,000,000 דולר ארה"ב" יירשם "4,000,000 ש"י". המילים "לא יפחת" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 49

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 4 חבות מוצר ס"ק (ד) – אחרי המילים "CROSS LIABILITY" ירשמו המילים "בכל הקשור לפעילות נשוא הסכם זה"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 50

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 4 חבות מוצר ס"ק (ה) – מבקשים כי אחרי המילים "6 חודשים" ירשמו המילים "למעט בהיעדר תשלום פרמיה ו/או מרמה"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 51

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 4 חבות מוצר ס"ק (ה) – מבקשים כי במקום המילה "אחריות" תירשם המילה "אחריות". לאחר המילה יש להוסיף את המילים "שתוטל על מי מהן". המילה "היצרן" תימחק. במקום המילה "וכל" תירשם המילה "ובגין"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 52

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 5 חבות מעבידים ס"ק (ב) – יש להוסיף את המילים "ע"פ פקודת הנזיקין וחוק לאחריות מוצרים פגומים". המילים "לא יפחת" ימחקו. המילה "לעובד" תמחק. גבול אחריות במקום "5,000,000 דולר ארה"ב" ירשם "20,000,000 ש"י". המילה "שנה" תמחק.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 53

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 5 חבות מעבידים ס"ק (ד) – מבקשים כי המילה "יונטען" תוחלף במילה "ויקבע"

## תשובה

הבקשה נדחית.



## שאלה 54

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 6 אחריות כלפי צד שלישי ס"ק (ב) – מבקשים כי גבול אחריות במקום "1,000,000 דולר ארה"ב" ירשם "4,000,000 ₪".

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 55

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 6 אחריות כלפי צד שלישי ס"ק (ג) – מבקשים כי אחר המילים "CROSS LIABILITY" ירשמו המילים "בכל הקשור לפעילות נשוא הסכם זה"

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 56

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 6 אחריות כלפי צד שלישי ס"ק (ה) – מבקשים כי לאחר המילה "בו" תירשם המילה "במישרין". לאחר המילה "במישרין" תירשם בתת גבול אחריות של 100,000 ₪.

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 57

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 6 אחריות כלפי צד שלישי ס"ק (ו) – מבקשים כי לאחר המילים "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי" יש להוסיף את המילים "למעט רכוש עליו עובדים במישרין".

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 58

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 6 אחריות כלפי צד שלישי ס"ק (ז) – מבקשים כי במקום המילים "ככל שייחשבו אחראים למעשי" ירשמו המילים "בגין אחריות שתוטל על מי מנהם עקב מעשי". במקום המילה "יוכל" תירשם המילה "ובגין".

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 59

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 7 ביטוח אחריות מקצועית ס"ק (ג) – גבול אחריות במקום "500,000 דולר ארה"ב" ירשם "2,000,000 ₪". המילים "לא יפחת" ימחקו. המילה "שנה" תימחק.

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 60

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 7 ביטוח אחריות מקצועית ס"ק (ד) – מבקשים כי לאחר המילים "עקב מקרה ביטוח" ירשמו המילים "בתום לבי". לאחר המילים "הלל יפה" ירשמו המילים "בכל הקשור לפעילות נשוא הסכם זה. לאחר המילים "6 חודשים" ירשמו המילים "למעט בהיעדר תשלום פרמיה ו/או מרמה"

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 61

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, סעיף 7 ביטוח אחריות מקצועית ס"ק(ה) – מבקשים כי במקום המילים "ככל שייחשבו אחראים למעשי" ירשמו המילים "בגין אחריות שתוטל עקב מעשי". במקום המילה "יוכל" תירשם המילה "בגין".

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 62

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי ס"ק(א) – נבקש להסיר את סעיף א.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 63

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי ס"ק(ב) – מבקשים כי במקום המילה "צמצום" ירשמו המילה "שינוי מהותי לרעה". במקום "60" ירשם "30".

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 64

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי ס"ק (ז) – לאחר המילים "ע"פ תנאי פוליסות נוסח ביט" ירשם "2013".

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 65

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי (ח) – בהתאם למפורט לעיל נבקש להסיר את הסעיף.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 66

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי (ח) פסקה שניה – לאחר המילים "יוכל עוד אחריותו קיימת" נבקש להוסיף "אך לא יותר מ – 12 חודשים לאחר סיום ההתקשרות". במקום המילים "המתאימים בהתאם למתחייב כאמור לעיל" בשורה 3 נבקש להוסיף את המילים "הנאותים לצורך ההתקשרות ובהתאם להיקף פעילותם בביצוע עבודתם לצורך התקשרות זאת (ככל שנדרשת)".

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 67

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי (ח) פסקה שלישית – מבקשים כי המילים "העתקי פוליסות הביטוח המיוחדות מאושרות וחתומות ע"י המבטח ובגין קבלני המשנה בעלי המקצוע שמטעמו ע"י המבטח" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 68

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי (ח) פסקה רביעית – לבחינת היועצים המשפטיים – לטעמנו מדובר בנוסח סטנדרטי ומקובל.

## תשובה

השאלה אינה ברורה.

### שאלה 69

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 10, חלק כללי (ח) פסקה חמישית – לבחינת היועצים המשפטיים – לטעמנו מדובר בנוסח סטנדרטי ומקובל.

## תשובה

השאלה אינה ברורה.

## שאלה 70

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ע"י הספק הזוכה ו/או קבלני המשנה – בעלי המקצוע מטעמו – פסקה ראשונה שורה 2 – מבקשים כי המילה "בהתאם תוחלף במילה "בקשר".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

## שאלה 71

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת סעיף 1 – מבקשים כי הסעיף כולו ימחק אין שימוש בכלי צמ"ה, למעט מנוף שמבצע הנפה של הצובר. ניתן יהיה לאשר כי המנוף מחזיק בכיסוי ביטוח חובה ומקיף וכי מפעיל המנוף מחזיק בהרשאה להפעלתו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס למציעים שעושים שימוש בכלי צמ"ה.

## שאלה 72

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת סעיף 2 – מבקשים כי המילה "כל" המופיעה בשורה 1 ו – 3 תימחק. המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".

## תשובה

הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח לכשיוצג.

## שאלה 73

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק א' – מבקשים כי המילים "במלוא ערכן של כל" ימחקו. המילה "כל" תימחק.

## תשובה

הבקשות נדחות.

## שאלה 74

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק א' – ביטוח רכוש ס"ק א' – מבקשים כי במקום המילים "בערכם המלא" ירשמו המילים "עד 50,000 ₪ מקסימום לפריט 40,000 ₪".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם יובהר כי תתקבל באישור הביטוח החתום בכפוף לקבלת הצהרה בכתב מטעם הקבלן לפיה הסכום שצוין משקף את השווי בפועל של הציוד הקל לבניה והקמה, מתקנים כלי עבודה ואמצעי עזר – בהתאם להצהרה בנספח 2 המצ"ב.

## שאלה 75

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ב' – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

## שאלה 76

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ג' – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 77

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ד' – מבקשים כי המילים "בערכם המלא" ימחקו. במקום ירשם "500,000 ₪".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם יובהר כי תתקבל באישור הביטוח החתום בכפוף לקבלת הצהרה בכתב מטעם הקבלן לפיה הסכום שצוין משקף את השווי בפועל של החומרים והפריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בערך המלא - בהתאם להצהרה בנספח 2 המצ"ב.

### שאלה 78

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ה' – מבקשים כי המילים "על פי ערכם" ימחקו. במקום ירשם "עד 500,000 ₪".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם יובהר כי תתקבל באישור הביטוח החתום בכפוף לקבלת הצהרה בכתב מטעם הקבלן לפיה הסכום שצוין משקף את השווי בפועל של מבני העזר הזמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכד' אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המשולם) ונמצאים באתר על פי ערכם – בהתאם להצהרה בנספח 2 המצ"ב.

### שאלה 79

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ז' – מבקשים כי המילים "שלא תעלה" ימחקו. לאחר "10%" ירשם מינימום 100,000 ₪.

## תשובה

הבקשה נדחית

### שאלה 80

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק ט' – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 81

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת ס"ק י' – מבקשים כי המילה "לפחות" תימחק.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 82

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק ב' פסקה ראשונה – מבקשים כי המילים "שלא יפחתו מסך" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 83

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק ב' פסקה שנייה – מבקשים כי המילים "שלא יפחתו מסך" ימחקו. לאחר המילים "דולר ארה"ב" ירשמו המילים "למקרה ולתקופה".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 84

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק ב' פסקה שלישית – מבקשים כי לאחר המילים "רכוש צד שליש" ירשמו המילים "למעט רכוש שניתן לכיסוי תחת פרק א' לעיל"

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח, אולם יובהר כי הוספת המילים "למעט פריט רכוש עליו עבדו במישרין" תתקבל.

### שאלה 85

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת פרק ג' ס"ק ב – המילים "לא יפחתו מ-" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 86

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת - תנאים כללים סעיף 1 – מבקשים כי במקום "24" ירשם "12"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 87

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת - תנאים כללים סעיף 4 – מבקשים כי המילה "לפחות" תימחק.

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 88

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת - תנאים כללים סעיף 9 – מבקשים כי בשורה הריקה ירשם "2013"

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

### שאלה 89

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' אישור ביטוח בגין ביצוע עבודות התקנת המערכת - תנאים כללים סעיף 10 – מבקשים כי הסעיף ימחק. וזאת לאור הרשום לעיל.

## תשובה

הבקשה נדחית. יחד עם זאת תתקבל באישור החתום לכשתוצג הבהרה בכתב יד כי הפוליסה אינה כוללת את התריג/סייג האמורים, משכך הסעיף נמחק.

### שאלה 90

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב א' בגין ביצוע עבודות התכנון ע"י הספק הזוכה ו/או קבלני המשנה בעלי המקצוע מטעמו – נבקש להסיר את הנספח.

## תשובה

הבקשה נדחית. מובהר כי ככל ובעלי המקצוע הפועלים מטעם הספק (מהנדסים ומתכננים) אינם עובדים שכירים של הספק והספק אינו עורך עבורם ביטוח אחריות מקצועית בקשר לפרויקט, הספק רשאי להציג בגינם אישורי ביטוח נפרדים.

## שאלה 91

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי פסקה ראשונה שורה שנייה – מבקשים כי המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".

## תשובה

לא ברור לאיזה סעיף מתייחסת השאלה. בפסקה אליה הפנה השואל אין את המילה אותה מבקשים לשנות.

## שאלה 92

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי ביטוח חבות המוצר ס"ק 1 – המילה "והיצרן" תמחק. המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".

## תשובה

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם ככל והספק הינו היצרן הבקשה תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף להצהרה מטעם הספק בכתב לפיה הוא היצרן של המוצר. ככל והספק אינו היצרן כחלופה ובכפוף להצגת אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה כמבוטחים נוספים, סעיף אחריות צולבת, סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם, וסעיף אודות מתן הודעה מוקדמת 60 יום טרם ביטול/צמצום הביטוח, וכן מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן – המחיקה תאושר באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השנייה (החלפת המילה "בהתאם" במילה "בקשר") נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח לכשיוצג.

## שאלה 93

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי חבות המוצר סעיף 3 – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 94

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי חבות המוצר סעיף 5 – מבקשים כי המילה "לפחות" תמחק. בסוף המשפט ירשמו המילים "בתנאי שלא נערך ביטוח מקביל בחברה אחרת".

## תשובה

הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 95

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי חבות המוצר סעיף 6 – לאחר המילים "במוצרים" ירשמו המילים "שבגינם אחראי הספק".

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 96

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חבות מעבידים סעיף 1 – מבקשים כי לאחר המילה "המוחזקים" ירשמו המילים "ע"פ פקודת הנוזיקין וחוק לאחריות מוצרים פגומים".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 97

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חבות מעבידים סעיף 2 – המילים "לא יפחת מסך" ימחקו. המילה "שנה" תימחק.

## תשובה

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השנייה (מחיקת המילה "שנה") נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שצוינה באישור שונה משנה.

## שאלה 98

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חבות מעבידים סעיף 4 – מבקשים כי המילים "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו" ימחקו.

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 99

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות כלפי צד שלישי סעיף 2 – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו. המילה "שנה" תימחק.

## תשובה

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השנייה (מחיקת המילה "שנה") נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שצוינה באישור שונה משנה.

## שאלה 100

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות כלפי צד שלישי סעיף 5 – מבקשים כי בסוף המשפט יש להוסיף את המילים "למעט החלק עליו פעלו במישרין".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 101

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות מקצועית סעיף 1 – מבקשים כי המילה "כל" תמחק. לאחר המילה "עובדיו ו" בשורה 1 ירשמו המילים "וכן חבות הספק בגין" המילה "בהתאם" תוחלף במילה "בקשר".

## תשובה

הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 102

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות מקצועית סעיף 2 – מבקשים כי המילים "לא יפחת מסך" ימחקו. המילה "שנה" תימחק.

## תשובה

הבקשה הראשונה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג. הבקשה השנייה (מחיקת המילה "שנה") נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג ככל ותקופת הביטוח שצוינה באישור שונה משנה.

### שאלה 103

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות מקצועית סעיף 3 – מבקשים כי בשורה השלישית לאחר המילים "במקרה ביטוח" תירשם המילה "מכוסה" בשורה החמישית המילה "לפחות" תמחק. לאחר "6 חודשים" ירשמו המילים "בתנאי שלא נערך ביטוח מקביל בחברות אחרות".

### תשובה

הבקשות נדחתו ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 104

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - אחריות מקצועית סעיף 4 – מבקשים כי המילים "וכל הפועלים מטעמו" ימחקו.

### תשובה

הבקשה נדחתה ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג בכפוף לכך שהקבלן יציג מכתב הצהרה חתום המופנה למשרד בו הוא מצהיר כי "כל השירותים הניתנים על ידו למשרד במסגרת המכרז הנוכחי, ניתנים על ידי עובדיו או מנהליו ואין הוא מעסיק בשום מקרה פרילנסרים, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם".

### שאלה 105

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חלק כללי סעיף ב' – מבקשים כי המילה "לפחות" תמחק.

### תשובה

הבקשה נדחתה ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 106

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חלק כללי סעיף ז' – מבקשים כי בחלק החסר ירשם "2013".

### תשובה

הבקשה נדחתה ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 107

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז, שלב ב' אישור ביטוח עבודות התחזוקה למערכת חנקן נוזלי - חלק כללי סעיף ח' – נבקש להסיר את הסעיף לאור נוסח הפוליסה המפורט.

### תשובה

הבקשה נדחתה. יחד עם זאת תתקבל באישור החתום לכשיוצג הבהרה בכתב יד כי הפוליסה אינה כוללת את החרגי/הסייג האמורים, משכך הסעיף נמחק.

### שאלה 108

מסמך א', תנאים כלליים  
מבקשים להבהיר כי המזמין אחראי לדאוג שבמחלקה להפרייה חוץ גופי יהיה ציוד בטיחות לשימוש בחנקן נוזל בדוק ותקין כולל מדי תחולת חמצן לבקרה של רמת החמצן בחדר כולל התרעות.

### תשובה

המרכז הרפואי פועל בנושא זה על פי כל דין.

### שאלה 109

מסמך א', תנאים כלליים  
מבקשים כי העובדים מטעם המזמין בחנקן הנוזל יהיו מוסמכים לעבוד בו, לרבות הדרכות בטיחות תקופתיות, לבושים בעת עבודתם בחנקן הנוזל עם ציוד בטיחות נדרש, מלא.



## תשובה

המרכז הרפואי פועל בנושא זה על פי כל דין.

### שאלה 110

מסמך א', תנאים כללים

מבקשים להבהיר כי למזמין יהיה בכל עת ציוד וכן ציוד חרום לשימוש ופינוי בעת הצורך של ארוע חומ"ס בחנקן גז ונוזל עפ"י הנדרש בכרטיס הבטיחות של החנקן הנוזל .

## תשובה

המרכז הרפואי פועל בנושא זה על פי כל דין.

### שאלה 111

מסמך א', תנאים כללים

מבקשים להבהיר כל התשתיות, מלבד התשתיות המוגדרות לאספקה ע"י הספק במכרז יסופקו ע"י המזמין, לרבות: חשמל, תקשורת, בינוי ובטון, מים ועוד ויהיו באחריותו המלאה של המזמין, והוא מתחייב לספקם באופן ראוי ורציף.

## תשובה

המזמין יספק מים וחשמל לביצוע העבודות בשטח כפי שמוגדרות במפרט.

### שאלה 112

מסמך א', תנאים כללים

מבקשים להבהיר כי המזמין מצהיר, יודע ומודע לעובדה שלאורך תוואי הצנרת הציוד והאביזרים שתסופק שאיננה מבודדת וואקום יהיה טפטוף של מים עקב התעבות המים באוויר, ולמזמין לא יהיה שום דרישה בנוגע לכך .

## תשובה

המזמין מודע למגבלות המפרט בנוגע לקו צנרת המילוי, תבחן בשלבי העבודה איכות הביצוע לרבות מרכיב הבידוד שיורכב על צנרת הבידוד.

### שאלה 113

מסמך א', תנאים כללים

מבקשים להבהיר כי אופן המילוי מרחוק של מיכל החנקן יתבצע תמיד יחד עם נציג של המזמין אשר יהיה אחראי בלעדית לתפעול הברזים של המיכל המסופק תוך תקשורת מלאה וישירה מול נהג מיכלית החנקן הנוזלי . לשם כך, יהיה לבוש נציג המזמין בציוד מגן מלא לחנקן נוזלי וכן עם טלפון סלולרי עם מצלמה לביצוע תקשורת ישירה ורציפה עם נהג המיכלית לאורך כל תקופת זמן המילוי .

## תשובה

הבקשה מתקבלת.

### שאלה 114

מבקשים להבהיר כי אחריותו של הספק למפורט במכרז זה תהיה על פי חוקי מדינת ישראל.

הספק לא יהיה אחראי לנזק שאיננו אחראי לו על פי חוקי המדינה .

במקרה של ניגוד בין אחריותו של הספק לפי חוקי המדינה לבין המבוקש במסמכי המכרז, יגברו חוקי מדינת ישראל על תנאי המכרז .

## תשובה

אחריות הספק הינה על פי הקבוע במסמכי המכרז.

### שאלה 115

מסמך א', סעיף 2.1 לתנאי הסף –

אחרי המילים "ליתן אחריות" תמחק המילה "יצרן".

ישנה אחריות יצרן לציוד (מיכל וצנרת וואקום קריאוגנית) מעבר לכך בכפוף להצעתנו יהיה ספק הציוד (ולא היצרן) אחראי. היצרן

איננו יכול להסמיך את הספק לאחריות יצרן מאחר והספק איננו יצרן .

## תשובה

נדרשת אחריות כוללת של החברה הזוכה למערכת כמכלול, על כל מרכיביה – יידרש כתב התייחבות בנושא אחריות בתיק המתקן כתנאי לאישור חשבון סופי.

## שאלה 116

מסמך א', סעיף 2.2 לתנאי הסף –

לעניות דעתנו, במהלך 3 השנים האחרונות לא סיפק אף ספק בארץ לבית חולים מערכת אחת המורכבת משלושת מרכיבי אספקת המערכת הנדרשת להלל יפה קרי :

גם מיכל חנקן נוזל ,

גם צנרת הולכה לחנקן נוזל באורך של עשרות מטרים (שאיננה מבודדת וואקום).

גם צנרת מבודדת וואקום כולל צנרת חלוקה .

אנו מבקשים :

להגדיל את תנאי הסף לניסיון באספקה לתקופה של 10 שנים .

שהספק יוכל להצהיר על מספר פרויקטים שהיקפם המצטבר ( לא בודד ) בתקופה יהיה לפי ההיקף הכספי או הכמותי הנדרש למכרז

, ובלבד שיפרטם בנפרד כולל היקף כמותי/כספי.

במקום ניסיון אספקה בתעשיות רלוונטיות, ירשם לקוחות אחרים שלו .

הספק יוכל להראות ניסיון אספקה של מערכות דומות אצל לקוחות אחרים, כדוגמת מכוני מחקר ואוניברסיטאות, תעשיות הי טק

ואלקטרוניקה, תעשיות מזון וכיו"ב .

## תשובה

עפ"י המפורט בסעיף תנאי הסף, נדרש ניסיון במערכות קריאוגניות בבתי חולים ובתעשיות רלוונטיות של המציע/קבלן המשנה

שבאמצעותו תסופק ותתוקן המערכת- ולכן הסעיף יישאר בניסוחו המקורי.

## שאלה 117

מסמך א' למסמכי המכרז, סעיף 8 –

לעניין הניסיון, מבוקש כמו בשאלה 116 לעיל.

## תשובה

הבקשה נדחית, ראו תשובה לשאלה 116.

## שאלה 118

מסמך א' למסמכי המכרז, סעיף 9 - בנוגע לניסיון - אנו מבקשים למחוק את המילה "יצרן המערכת" בשורה ראשונה, בהתאם להסבר

למעלה . אין אפשרות לקבל אסמכה לאחריות יצרן . לבטח לא ניתן לקבל זאת מספקי הצנרת השונים והמיכל, חברתנו תצהיר במסמכי

המכרז שהינה בעלת ידע לתת אחריות למערכת.

## תשובה

נדרשת אחריות כוללת של החברה הזוכה למערכת כמכלול, על כל מרכיביה – יידרש כתב התחייבות בנושא אחריות בתיק המתקן

כתנאי לאישור חשבון סופי.

## שאלה 119

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 –

היכן נדרש חיבור החרום עבור מיכל חנקן נוזלי נייד ? האם ליד מיכל האגירה (MICROBULK)? נבקש להבהיר שלא נדרש לספק במכרז

זה מיכל נייד (230 ליטר).

## תשובה

עמדת מילוי חרום תמוקם בתוך חדר ההקפאה בסמוך למיקומו של מיכל החנקן הנייד שהוצג במהלך הסיוור המופיע בשרטוט בחדר "גישת חרום למתקן סינון בקומה הטכנית". חיבור החרום יכלול בין השאר, אך לא רק, צינורות מבודדים, ברזים מבודדים ומחבר מותאם (סגור בד"כ).  
לא נדרש לספק מיכל נייד.

## שאלה 120

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2-  
עמדת החיווי עבור מיכלית המילוי מיותרת מאחר והמילוי נעשה עם נציג המזמין אשר הוא אחראי בלעדית לפתיחה וויסות הברזים במיכל הצובר.  
לנהג המיכלית אין כל שליטה על ברזי מיכל הצובר (רק על ברז ההזרמה).  
אנו ממליצים במקום זאת, להכין על ידיכם ברז חרום חשמלי ליד מיכל הצובר כדי לאפשר לנציג המזמין (בית החולים) לנתק את נקודת החשמל ליד המיכלית לעצירת פעולת משאבת המילוי של הנהג במצב חרום או של חוסר תקשורת.

## תשובה

עמדת חיווי תותקן בעמדת מפעיל המשאית כנדרש במפרט.  
בנוגע לניתוק חרום של משאבת המכלית, הנושא ידון עם חברת המילוי.

## שאלה 121

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 –  
מפריד פאזה (עמדת שפיכה) – האם הכוונה ל gas trap בעמוד 15 בסעיף 5? נבקש לקבל מפרט מסודר של מפריד הפאזה שאתם מבקשים לקבל.

## תשובה

המפרט הינו מפרט מנחה. הדרישה היא שספק המערכת יקבע את החיוניות בהתקנת:

• INTERNAL GAS TRAPS

• VENT CRYOGENIC GAS

בהתאם לצורך והיכן שנדרש ע"מ למנוע הצטברות קרח והצטברות גז חנקן במערך המילוי.

## שאלה 122

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 2 –  
מאצרה – אנו מבקשים להוסיף שבניית המאצרה והאחריות עליה תהיה של המרכז הרפואי.

## תשובה

הבקשה מתקבלת. הזוכה יידרש להעביר נתונים של משקלים ומידות, ותוכנית העמדת הציוד בנוסף יידרש הזוכה לאשר בחתימתו את תוכנית הבנייה של המאצרה (מידות ומיקום).

## שאלה 123

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 4 תחת "בדיקות צנרת" –  
מבקשים כי במקום המילים "יידרש לבדוק" תבוא המילה "בדק".  
הפסקה תסתיים לאחר המילה "וואקום" בשורה 3, המילים לאחריה תמחקנה: "הקבלן יעמיד... במחיר".  
אנו נעביר אליכם תעודות הבדיקה של הצנרת של היצרן בחו"ל, לרבות בדיקת דליפות וואקום.

## תשובה

בדיקות צנרת – הצנרת תעבור סדרת בדיקות לדליפות, Helium Leak test, בדיקות ואקום. הקבלן יגיש לאישור את נוהלי הבדיקה והקבלה הפורמאליים של היצרן על פיהם בדק את בידוד הצנרת ואת רמת הוואקום, כמו כן יפרט הקבלן הזוכה את נוהל בדיקות הלחץ ובדיקות הצנרת המבודדת ( תקינותם לאחר הובלה והתקנה בשטח ) . הקבלן יעמיד לרשות הפרויקט את כל ציוד הבדיקה הנדרש. למען הסר ספק, עלות הבדיקה תחשב כלולה במחיר.

## שאלה 124

מסמך בי למסמכי המכרז, סעיף 5 –  
מה הכוונה ל gas trap? האם מפרידי פאזה?  
אם כן, אנא מפרט מסודר .

## תשובה

המפרט הינו מפרט מנחה . הדרישה היא שספק המערכת יקבע את החיוניות בהתקנת :

• INTERNAL GAS TRAPS

• VENT CRYOGENIC GAS

בהתאם לצורך והיכן שנדרש ע"מ למנוע הצטברות קרח והצטברות גז חנקן במערך המילוי.

## שאלה 125

מסמך בי למסמכי המכרז, סעיף 6 –  
המיכל שתי שורות מסוף העמוד - במקום המילה "עומסים" תבואנה המילים "משקל ומידות".

## תשובה

הבקשה מתקבלת.

## שאלה 126

מסמך בי למסמכי המכרז, סעיף 7 סיפא-  
מבקשים להוסיף לאחר המילה "חשמלי" את המילה "ותקשורת".

## תשובה

הבקשה מתקבלת.

## שאלה 127

מסמך בי למסמכי המכרז, סעיף 11 -  
מבקשים למחוק את סעיפים 11.2 ו- 11.3, במידה ונדרש היתרי בנייה ואישורים מהרשויות נבקשכם להגדירם במסודר במסמכי המכרז או לחילופין לדאוג לטפל בהם.

## תשובה

הבקשה מתקבלת

## שאלה 128

מסמך בי למסמכי המכרז, סעיף 13.2 –  
לאחר המילים "גרימת נזק כלשהו " תבואנה המילים "שהקבלן אתראי לו על פי דין".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

## שאלה 129

מסמך די למסמכי המכרז, תשקיף המשתתף –  
פרוט מקומות ביצוע –שתי טבלאות –אנו מבקשים להרחיב כמות השורות ( 8 לפחות בכל טבלה ) לפי בקשתנו להראות ניסיון מצטבר במרכיבי הפרויקט ( ולא כולל ) במספר רב של פרויקטים.

## תשובה

ניתן לצרף פירוט במסמך נפרד, ככל שנדרש.

### שאלה 130

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 8.1 – במקום המילים "אחריות מלאה" תבואנה המילים "על פי דין".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת מדובר על טיב המערכת.

### שאלה 131

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9.1 – במקום המילים "לבדו ישא באחריות" תבואנה המילים "אחראי על פי דין".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

### שאלה 132

- מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9.2 –
1. שורה אחרונה, נבקש למחוק "בהתאם לקבוע בהסכם זה ו/או". אחריותנו הינה על פי החוק.
  2. בסוף שורה שניה, להוסיף המילים בסוף סעיף זה "להם אחראי הספק עפ"י דין".

## תשובה

הבקשות אינן מתקבלות.

### שאלה 133

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9.3 – להוסיף המילים בסוף סעיף זה "מובהר בזאת, כי מרגע הימצאה של מערכת החנקן הנוזלי בחצר המרכז הרפואי, יהיה המרכז הרפואי אחראי לה בלעדית, לרבות כמפורט בסעיף זה".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

### שאלה 134

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 9.4 – בסוף הסעיף, תתווספנה המילים "אלא אם כן המרכז הרפואי אחראי עפ"י דין לנוק כאמור".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת.

### שאלה 135

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 12 –

אנו מזמינים עלויות הצידוד מחו"ל ומשלמים עלותו מראש, נבקש לשנות תנאי התשלום כמפורט :

סעיף 12.2.1- 30 יום מנחתימת ההסכם כנגד חשבונית פרופורמה -70% .

סעיף 12.2.2- קבלת מערכת החנקן הנוזלי -30% .

## תשובה

בהתאם להנחיות החשב הכללי אין באפשרותנו להיענות לבקשה כפי שהיא.

עם זאת, ככל שהזוכה במכרז יהיה מעוניין בכך יוכל לקבל מקדמה בסכום של עד 25% מהצעתו במכרז עבור אספקה והתקנה של מערכת חנקן נוזלי לרבות אחריות יצרן מלאה למשך 12 חודשים וזאת בכפוף להגשת ערבות בהתאם להנחיות החשב הכללי וכפי שימסרו לזוכה במכרז על ידי נציגי המזמין.

## שאלה 136

מסמך ה' למסמכי המכרז, סעיף 16 – לא יתכן שלאחר הזמנת הציוד בחו"ל ותשלומו ליצרנים ע"י הספק, יוכל המרכז הרפואי לסיים את ההסכם. אנו מבקשים לשנות כותרת סעיף זה – "ביטול הסכם השרות לפי סעיפים 2 ו 3 בהצעת המחיר". וכך בהתאמה בסעיפים 16.1 ו 16.2 במקום המילה "ההסכם" תבואנה המילים "הסכם השרות כמפורט בכותרת סעיף זה".

## תשובה

הסעיף ישונה כדלקמן:

16. ביטול ההסכם

16.1 המרכז הרפואי יהיה רשאי לבטל הסכם זה לאלתר בכל מקרה שמשרד הבריאות ו/או כל משרד ממשלתי אחר יורה לו לעשות כן.

16.2 סעיפים 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17 ו- 19.2 להסכם זה ייחשבו סעיפים יסודיים ובמקרה של הפרת איזה מהם, הצד המקיים יוכל לבטל הסכם זה לאלתר.

16.3 ככל שיחליט המרכז הרפואי להפעיל האופציה השמורה לו להאריך את תקופת ההתקשרות ולרכוש שירותי תחזוקה, יהיה רשאי לבטל ההסכם בכל הנוגע לשירותים אלו בהודעה לספק שתימסר 30 יום מראש. לספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנוגע לביטול ההסכם כאמור.

## שאלה 137

מסמך ו' למסמכי המכרז - נוסח כתב הערבות – מבקשים להוסיף אחרי המילים "מאת החייב" את המילים "ובתנאי שנשלחה על ידיכם לספק הודעה בכתב 14 יום לפני כן -על כוונתכם לבקש את תשלום הערבות".

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת

## שאלה 138

מסמך ב' למסמכי המכרז, סעיף 13.2 – אחרי המילים "גרימות נזק כלשהו" תבאנה המילים "שהקבלן אחראי לו על פי דין"

## תשובה

הבקשה אינה מתקבלת

## שאלה 139

סעיף 10 למסמך ה' למסמכי המכרז – סעיף ביטוח – אחרי המילים "והתנאים הנדרשים" תבוא המילה "להלן".

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 140

סעיף 10 (א)(1) למסמך ה' למסמכי המכרז – אחרי המילים "ביטוח הציוד" תבאנה המילים "השייך לספק והמשמש"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 141

סעיף 10(א)(2)(פרק ב) למסמך ה' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - אחרי המילים "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי" תבאנה במילים "עד כמה שאינו נכלל בהגדרת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים שבפרק א לפוליסה"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 142

- סעיף 10(א)(3)(א) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – כולל בגין עבודות תכנון
1. במקום המילים "הפוליסה תכסה נזק מהפרת חובה מקצועית של מהנדסים ומתכננים ובגין כל הפועלים מטעמם" תבאנה המילים "הפוליסה תכסה את אחריות הספק על פי דין בגין נזק שנגרם עקב הפרת חובה מקצועית של הספק ובגין כל הפועלים מטעמו"
  2. במקום המילים "בהתאם למכרז" תבאנה המילים "בקשר עם המכרז".

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 143

- סעיף 10(א)(3)(ד) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – כולל בגין עבודות תכנון – במקום המילים "מהנדסים ומתכננים ובגין כל הפועלים" תבאנה המילים "הספק וכל הפועלים מטעמו"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 144

- סעיף 10(ב)(4)(א) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח חבות המוצר – במקום המילים "וחבות היצרן" תבאנה המילים "על פי דין".

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 145

סעיף 10(ב)(4)(ה) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח חבות המוצר

1. אחרי המילים "בגין נזק" תבאנה המילים "שהספק אחראי לו ע"פ דין שנגרם"
2. במקום המילים "היצרן וכל הפועלים מטעמם" תבאנה המילים "וכל הפועלים מטעמו".

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 146

- סעיף 10(ב)(5)(ד) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח חבות המעבידים – מבקשים כי תבוטלנה המילים "קבלנים קבלני משנה ועובדיהם שבשירותו"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 147

- סעיף 10(ב)(6)(ב) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מבקשים כי תבוטלנה המילים "לא יפחת מסך"

## תשובה

הבקשה נדחית.

## שאלה 148

- סעיף 10(ב)(6)(ה) למסמך הי' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – בסוף הסעיף תבאנה המילים "למעט סיג, חריג לגבי נזק שנגרם במישרין ע"י הפעולה האמורה"

## תשובה

הבקשה נדחית

### שאלה 149

סעיף 10(ב)(6)ו) למסמך ה' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – בסוף הסעיף תבאנה המילים "למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמם שפועלים בו שניזוק במישרין ע"י הפעולה האמורה"

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 150

סעיף 10(ב)(7)ב) למסמך ה' למסמכי המכרז – ביטוח אחריות מקצועית - במקום המילים "בהתאם למכרז" תבאנה המילים "בקשר עם".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 151

סעיף 10 כללי ס"ק ז' למסמך ה' למסמכי המכרז – אחרי המילים "פוליסות נוסח ביט" תבאנה המילים "או מגדל ביט או הראל מפעלים".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 152

סעיף 10 כללי ס"ק ח' למסמך ה' למסמכי המכרז

1. תבטלנה המילים "בגינו ובגין קבלני המשנה – בעלי המקצוע מטעמו".
2. תבטלנה המילים "ולחייב את קבלני המשנה בעלי המקצוע מטעמו בקיום ביטוחים מתאימים בהתאם למתחייב כאמור לעיל".
3. תבטל הפיסקה "הספק מתחייב להציג...לפני תום תקופת הביטוח".

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 153

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' - ביטוח הציוד לביצוע הפרויקט – מבקשים כי הסעיף יבוטל.

### תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 154

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות/הקמה – סעיף 2 פרק ב' – ביטוח אחריות כלפי צד שלישי – מבקשים כי אחרי המילים "רכוש מדינת ישראל ייחשב רכוש צד שלישי" תבאנה המילים "עד כמה שאינו נכלל בהרחבת רכוש סמוך ורכוש עליו עובדים שבפרק א' לפוליסה".

### תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח. יחד עם זאת יובהר כי הוספת המילים: "למעט אותו פריט עליו פעלו במישרין" תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 155

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' – אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – במבוא לאישור – מבקשים כי תבטלנה המילים "ובעל המקצוע הפועל מטעמו"



## תשובה

הבקשה נדחית. מובהר כי ככל ובעלי המקצוע הפועלים מטעם הספק (מהנדסים ומתכננים) אינם עובדים שכירים של הספק והספק אינו עורך עבורם ביטוח אחריות מקצועית בקשר לפרויקט, הספק רשאי להציג בגינם אישורי ביטוח נפרדים.

## שאלה 156

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' – אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 1 – מבקשים כי במקום המילים "הפוליסה מכסה ... הפועלים מטעמם" תבאנה המילים "הפוליסה מכסה את אחריות הספק על פי דין בגין נזק שנגרם מהפרת חובה מקצועית של הקבלן ובגין כל הפועלים מטעמו".

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 157

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' – אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 4 מבקשים כי:

1. תבוטלנה המילים "בעל המקצוע הפועל מטעמו"

2. במקום המילים "הפועלים מטעמם" תבאנה המילים "הפועלים מטעמו"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 158

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' – אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 5(ג) – מבקשים כי במקום המילים "ובעל המקצוע הפועל מטעמו אחראים" תבוא המילה "אחראי"

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 159

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב א' – אישור קיום ביטוח אחריות מקצועית – מהנדסים ומתכננים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 5(ד) – מבקשים כי תבוטלנה המילים "ובעל המקצוע הפועל מטעמו".

## תשובה

הבקשה נדחית

## שאלה 160

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח חבות המוצר – סעיף 1 – מבקשים כי תבוטל המילה "והיצרן"

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם ככל והספק הינו היצרן הבקשה תתקבל באישור החתום לכשיוצג בכפוף להצהרה מטעם הספק בכתב לפיה הוא היצרן של המוצר. ככל והספק אינו היצרן כחלופה ובכפוף להצגת אישור ביטוח מטעם היצרן הכולל את שם מדינת ישראל – משרד הבריאות, המרכז הרפואי הלל יפה כמבוטחים נוספים, סעיף אחריות צולבת, סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפיהם וכלפי עובדיהם, וסעיף אודות מתן הודעה מוקדמת 60 יום טרם ביטול/צמצום הביטוח, וכן מכתב מטעם היצרן אשר מורה על הקשר בין הספק לבין היצרן ואשר מפרט את השירותים ו/או המוצרים אותם מוסמך הספק לספק מטעם היצרן – המחיקה תאושר באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 161

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח חבות המוצר – סעיף 6 – מבקשים כי אחרי המילים "בגין נזק" תבאנה המילים "שהספק אחראי לו על פי דין שנגרם"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 162

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח חבות המעבידים – סעיף 4 – מבקשים כי תבוטלנה המילים: "קבלנים, קבלני משנה, ועובדיהם שבשירותו"

## תשובה

הבקשה נדחית.

### שאלה 163

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח כלפי צד שלישי – סעיף 2 – מבקשים כי תבוטלנה המילים "לא יפחת מסך"

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 164

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח כלפי צד שלישי – סעיף 5 – מבקשים כי בסוף הסעיף תבאנה המילים "למעט סייג/חריג לגבי נזק שנגרם במישרין על ידי הפעילות האמור"

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל הוספת המילים: "למעט אותו פריט ברכוש עליו פעלו במישרין" בסעיף באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 165

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח כלפי צד ג' – סעיף 6 – מבקשים כי בסוף הסעיף בתאנה המילים "למעט רכוש שהספק ו/או מי מטעמו פועלים או פעלו בו שניזוק במישרין על ידי הפעולה האמורה".

## תשובה

הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל הוספת המילים: "למעט אותו פריט ברכוש עליו פעלו במישרין" בסעיף באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### שאלה 166

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 1 – מבקשים כי:

1. אחרי המילים: "הפוליסה מכסה" יבואו המילים: "את אחריות הספק על פי דין בגין"

2. במקום המילים "בהתאם למכרז" יבואו המילים "בקשר למכרז"

## תשובה

שתי הבקשות נדחות ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבלנה באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

## שאלה 167

נספח ג' למסמך ה' למסמכי המכרז – שלב ב' – אישור קיום ביטוחים – ביטוח אחריות מקצועית – סעיף 2 – מבקשים כי תבוטלנה המילים "לא יפחת מסך".

### תשובה


הבקשה נדחית ביחס לנוסח נספח הביטוח אולם תתקבל באישור הביטוח החתום לכשיוצג.

### על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם:

תאריך \_\_\_\_\_  
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע \_\_\_\_\_  
חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.  
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

עו"ד אפרת קולטון זלמה  
מזכירת ועדת המכרזים



העתקים:


ד"ר אמנון בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן.  
רו"ח ליז משעלי, מנהלת הכספים, כאן.  
עו"ד מיכל דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן.  
איני פטר גרינפלד, מהנדס המרכז הרפואי, כאן.  
תיק.



המרכז הרפואי  
הלל יפה  
Hillel Yaffe  
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 38100 | טל. 04-6304221 | פקס. 04-6344776 | 04-6344776 | Tel. +972-4-6304221 | FAX +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 38100, ISRAEL  
<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות  
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health




**אבגל השמל**  
 הכנון ובצוע מתקני השמל  
 חובים 22/15  
 קרית ביאליק  
 מיקוד 27071  
 פקס - 057-797728  
 050-5576139  
[kabesa15@zahav.net.il](mailto:kabesa15@zahav.net.il)

הלכות  
 גיפסוק  
 המותקן  
 מערכת חמצן - בית חולים בלינסון  
 שם הלוח  
 לוח בקרה מערכת חמצן

שם	מחזורת 1	מס' לוח	1769
מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17
מדינה	ישראל	שרטוט	AS MADE
מבצע	גלעד	בדק	ק.מ.
דף	1	מטור	8

הערות:  
 מוזן מלוח 3X2.5 N2XY



**אבגל חשמל**  
**תכנון ובצוע מתקני חשמל**  
 חרובים 22/15  
 קרית ביאליק  
 מיקוד 27071  
 057-7977728  
 050-5576139  
 kabesa15@zahav.net.il

הערות:	מס' שרטוט	תאריך	התימה	שם	מחזור 1	מס' לוח	גיפוסק	הלקוח
PP1 משדר לחץ צובר 1	1769	14/08/17	ישראל	שרטוט	1769	מס' לוח	מערכת חמצן - ביח חולים בלינסון	המתקן
PP2 משדר לחץ צובר 2			גלעד	בודק	ק.מ.	2		שם הלוח
				מבצע	מתוך:	8		לוח בקרה מערכת חמצן






1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**רשימת התראות לבקרת מיבנה**


מס' שרטוט	תאור התקלה	מס' שרטוט
30-31	תקלת לחץ נמוך באובר 1	30-31
32-33	תקלת לחץ נמוך באובר 2	32-33
34-35	תקלת לחץ גבוהה באובר 1	34-35
36-37	תקלת לחץ גבוהה באובר 2	36-37
38-39	תכולה נמוכה באובר 1	38-39
40-41	תכולה נמוכה באובר 2	40-41
42-43	אובר 1 ריק	42-43
44-45	אובר 2 ריק	44-45
46-47	התראת נזל במערכת	46-47
48-49	נפילת חשמל ללוח החיונים	48-49
50-51	לחץ גבוה קו	50-51
52-53	לחץ נמוך קו	52-53
54-55	טמפ נמוכה ביציאה ממאייד 1	54-55
56-57	טמפ נמוכה ביציאה ממאייד 2	56-57



ריכוז מגע תקלה לבקורת מיבנה

הערות:	מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17	שם	ישראל	מחזורת 1	מס' לוח	1769	הקו	ג'פיטק	אבגל חשמל
	מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17	שם	ישראל	מחזורת 1	מס' לוח	1769	הקו	ג'פיטק	אבגל חשמל
	ק.מ.		גלעד	בדק	שרטט	ישראל	מחזורת 1	מס' לוח	1769	הקו	ג'פיטק	אבגל חשמל
	דף:	5										תכנון ובצוע מתקני חשמל
	מספר:	8										תכנון ובצוע מתקני חשמל
												חברים 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק
												חבריהם 22/15
												057-797728 - פקס
												050-5576139 מיקוד 27071
												050-5576139 מיקוד 27071
												קריית ביאליק







פנים הלוח

הערות:	מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17	חתימה	שם	שם שרתוט 1	מחזורת 1	מס' לוח	1769	גופיטק	הלקוח	אבגל חשמל
						ישראל	שרטוט	שרטוט				המתקן	תכנון ובצוע מתקני חשמל
						גלעד	בדק	ק.מ.				מערכת חמאן - ביח חולים בלינסון	חובים 22/15 קריית ביאליק מיקוד 27071
						מבצע	מתוך: 8	דף: 6	לוח בקרה מערכת חמאן				שם הלוח

חזית הלוח




דלת פנימית



<p>הערות:</p> <p>ארון פוליאסטר</p> <p>כולל דלת חזית שקופה</p> <p>ודלת פנימית</p> <p>HAGER תוצרת</p>	מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17	חתימה	שם	ישראל	מחזור 1	שרטוט	מס' לוח	1769	הלקוח	גיפיסק	<p>אבגל חשמל</p> <p>תכנון ובצוע מתקני חשמל</p> <p>חובים 22/15</p> <p>057-797728 - פקס</p> <p>קרית ביאליק</p> <p>27071 מיקוד</p> <p>050-5576139</p> <p>kabesa15@zahav.net.il</p>
	מבצע		מבצע		שם	גלעד	מבצע		ק.מ.	דף:	7	לוח בקרה מערכת חמצן	מערכת חמצן - ביח חולים בלינסון	
	מבצע		מבצע		שם	גלעד	מבצע		דף:	דף:	8	לוח בקרה מערכת חמצן	מערכת חמצן - ביח חולים בלינסון	
	מבצע		מבצע		שם	גלעד	מבצע		מבצע	מבצע	8	לוח בקרה מערכת חמצן	מערכת חמצן - ביח חולים בלינסון	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
רשימת ציוד									
מס	תאור	מקט	מקט	מקט	מקט	מקט	מקט	מקט	מקט
1	ארון פוליאסטר HAGER כולל דלת שקופה ודלת פנימית								
2	כרטיס יציאות דיגיטלי IO-TO16								
3	כרטיס יציאות דיגיטלי IO-TO16								
4	ספק כח GV2ME08								
5	ממסר נשלף 4 מגעים עם לד ולחץ אילוף 24V 1.2A-ABL8MEM24012								
6	סוקט 8/14 פין לממסר RXM סלמכניק								
7	ממסר נשלף 4 מגעים עם לד ולחץ אילוף 24VDC-RXM4AB2BD								
8	לחצן								
9	נורת חימום 230V חזקה								
10	בקרי יוניטרוניקס V350-35-TA24								
11	מתאם הרחבה EX-A2X								
12	כרטיס תקשורת TCP-IP V200-19-ET1								
13	כרטיס אילוף IO-A18								
14	מהדקי חיבורים								
15	צופר התראה								
16									
17									

תכנון ובצוע מתקני השמל	אבגל חשמל	הלקוח	גיפיטק	מס' לוח	מחזורת 1	שם	חתימה	תאריך	מס' שרשט	תערת:
	22/15 חרובים 057-797728	המתקן	מערכת חמצן - בית חולים בלינסון	1769	שרטט	ישראל		14/08/17	1769	
קריית ביאליק 27071	שם הלוח	לוח בקרה מערכת חמצן	ק.מ.	בדק	גלעד					
מיקוד 27071	דף: 8		מס' לוח: 8	מבצע						
פלאפון 050-5576139	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									
27071	מס' לוח: 8									
057-797728	מס' לוח: 8									
050-5576139	מס' לוח: 8									




**אבגל חשמל**  
**תכנון ובצוע מתקני חשמל**  
 חרובים 22/15 057-7977728 - פקס  
 קרית ביאליק 050-5576139 מיקוד 27071  
 פלאפון 050-5576139  
**kabesa15@zahav.net.il**

הערות:	מס' שרטוט	תאריך	חתימה	שם	מס' לוח		גופיטק	הלקוח
					מס' לוח	מס' חלק		
	1769	14/08/17		ישראל	1769	1769	מערכת חמצן – ביח חולים בלינסון	המתקן
				גלעד	שרטט	ק.מ.	גוף	שם הלוח
					מבצע	דף: 1		תרשים גרפי - לוח בקרה מערכת חמצן
						מספר: 3		



**MI23 רשימת חייוני/תקלות -**


- 0=תקלת לחץ נמוך צובר 1
- 1=תקלת לחץ נמוך צובר 2
- 2=תקלת לחץ גבוה צובר 1
- 3=תקלת לחץ גבוה צובר 2
- 4=תכולה נמוכה צובר 1
- 5=תכולה נמוכה צובר 2
- 6=צובר 1 ריק
- 7=צובר 2 ריק
- 8=התראת נוזל במערכת
- 9=מערכת ללא תקלות



I1=1  
תקלת לחץ קו גבוה

I0=1  
תקלת לחץ קו נמוך

הערות:	מס' שרטוט	1769	תאריך	14/08/17	שם	ישראל	מחזורת 1	שרטט	1769	מס' לוח	1769	הלקוח	גיפיטק	תכנון ובצוע מתקני השמל	אבגל השמל	
					גלעד	ישראל	1	בדק	מ.מ.			המתקן	מערכת חמצן - ביח חולים בלינסון	חובים 22/15	חכנון ובצוע מתקני השמל	
						גלעד	ישראל	2	דף:	2		שם הלוח	שם הלוח	מיקוד 27071	פקס 057-7977728	חכנון ובצוע מתקני השמל
							3	מתוך:	3			תרשים גרפי-לוח בקרה מערכת חמצן	מיקוד 050-5576139	050-5576139	050-5576139	חכנון ובצוע מתקני השמל



קביעת ערכים להתראות

הערות:		מס' שרטוט	תאריך	חתימה	שם	מחזור 1	מס' לוח	מס' לוח	גופיטק	הלקוח	אבגל חשמל
		1769	14/08/17		ישראל	שרטוט	1769	1769		המתקן	תכנון ובצוע מתקני חשמל
					גלעד	בדק	ק.מ:	ק.מ:		מערכת המצאן - בית חולים בלינסון	22/15 חרובים 057-7977728 קריית ביאליק 050-5576139
						מבצע	דף: 3	מתוך: 3		שם הלוח	פלאפון 27071 מיקוד 050-5576139
										תרשים גרפי - לוח בקרה מערכת המצאן	מייל kabesa15@zahav.net.il

-דף לוגו של הספק/קבלן -

## נספח 2

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

מדינת ישראל - \_\_\_\_\_ (המשרד הממשלתי/היחידה הממשלתית)

א.ג.ג.,

### הנדון: פטור לנזקים שיגרמו כתוצאה מהסיכונים המכוסים במסגרת פרק א' – ביטוח רכוש בפוליסה לביטוח עבודות קבלניות/הקמה

הנני \_\_\_\_\_ (הספק/הקבלן/עפ"י המוגדר בהסכם ההתקשרות) מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מדינת ישראל – \_\_\_\_\_ (משרד ממשלתי/יחידה ממשלתית) ו/או מי מטעמם, בגין נזק ו/או אובדן ו/או הוצאות שייגרם מעבר לסכום/שווי המצוין בנספח הביטוח ובנספח זה ביחס ל:

**הערה: יש למלא את הסעיפים הרלבנטיים בלבד.**

1. ציוד קל לבניה והקמה, מתקנים קלים, כלי עבודה ואמצעי עזר בשווי \_\_\_\_\_ דולר ארה"ב/ש.
2. חומרים ופריטים מחוץ לאתר כולל מטענים בהעברה לצורך עבודות החוזה בשווי \_\_\_\_\_ דולר ארה"ב/ש.
3. מבני עזר זמניים (לרבות מחסנים, משרדים, גדרות וכדומה אשר אינם מהווים חלק מהפרויקט הסופי המושלם) הנמצאים באתר בשווי \_\_\_\_\_ דולר ארה"ב/ש.

ככל שצוין סכום ביטוח כולל ומשותף בנספח הביטוח לסעיף 1 ולסעיף 3 כנ"ל, יש למלא את הסעיף להלן:

וכי השווי האמור לעיל בצד כל סעיף ו/או השווי המצרפי של סעיפים 1 ו-3 לעיל משקף את השווי בפועל המבוטח על ידי, ואני פוטר בזאת את מדינת ישראל – \_\_\_\_\_ (משרד ממשלתי/יחידה ממשלתית) ו/או מי מטעמם מכל אחריות לאובדן או נזק כאמור מעבר לסכום/שווי המצוין בנספח הביטוח ובנספח זה לגבי הסעיפים הנ"ל.

בכבוד רב,

חתימה: \_\_\_\_\_

שם החותם ותפקידו: \_\_\_\_\_